

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/03/01 01	SR	37,35	V	0,18	V	116,62	V	0,00	V	0,86	V	143,02	V	31895	V
2026/03/01 02	SR	46,31	V	0,24	V	113,84	V	0,00	V	0,73	V	143,30	V	31936	V
2026/03/01 03	SR	20,68	V	0,16	V	131,15	V	0,00	V	0,78	V	142,75	V	32027	V
2026/03/01 04	SR	23,23	V	0,16	V	129,95	V	0,00	V	0,76	V	142,56	V	32174	V
2026/03/01 05	SR	49,52	V	0,14	V	109,59	V	0,00	V	0,79	V	142,78	V	32176	V
2026/03/01 06	SR	21,04	V	0,03	V	127,50	V	0,00	V	0,87	V	143,04	V	32090	V
2026/03/01 07	SR	16,05	V	0,14	V	137,93	V	0,00	V	0,77	V	142,92	V	32203	V
2026/03/01 08	SR	14,10	V	0,18	V	140,18	V	0,00	V	0,79	V	142,66	V	32169	V
2026/03/01 09	SR	15,44	V	0,18	V	139,09	V	0,00	V	0,80	V	142,66	V	32226	V
2026/03/01 10	SR	26,25	V	0,13	V	125,16	V	0,00	V	0,89	V	142,74	V	32196	V
2026/03/01 11	SR	62,64	V	0,21	V	103,25	V	0,00	V	0,75	V	143,06	V	32149	V
2026/03/01 12	SR	33,32	V	0,12	V	119,02	V	0,00	V	0,65	V	143,35	V	32499	V
2026/03/01 13	SR	33,58	V	0,05	V	121,05	V	0,00	V	0,84	V	143,49	V	32286	V
2026/03/01 14	SR	59,63	V	0,16	V	108,11	V	0,00	V	0,98	V	143,81	V	32189	V
2026/03/01 15	SR	44,24	V	0,06	V	111,91	V	0,00	V	0,82	V	144,04	V	32082	V
2026/03/01 16	SR	100,42	V	0,31	V	93,58	V	0,00	V	0,81	V	144,42	V	32154	V
2026/03/01 17	SR	48,19	V	0,11	V	109,34	V	0,00	V	0,96	V	144,52	V	32155	V
2026/03/01 18	SR	38,22	V	0,12	V	119,31	V	0,00	V	0,93	V	144,65	V	32014	V
2026/03/01 19	SR	22,90	V	0,04	V	126,03	V	0,00	V	0,67	V	144,46	V	32195	V
2026/03/01 20	SR	36,49	V	0,06	V	111,14	V	0,00	V	0,61	V	143,91	V	31995	V
2026/03/01 21	SR	111,32	V	0,67	V	88,52	V	0,08	V	0,59	V	144,09	V	31910	V
2026/03/01 22	SR	18,17	V	0,02	V	125,02	V	0,00	V	0,84	V	143,21	V	31495	V
2026/03/01 23	SR	36,03	V	0,11	V	114,81	V	0,00	V	0,62	V	142,20	V	32002	V
2026/03/01 24	SR	58,95	V	0,28	V	108,67	V	0,02	V	0,59	V	142,09	V	32017	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-111.3	0.0-0.7	88.5-140.2	0.0-0.1	0.6-1.0	142.1-144.6	31495.2-32499.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.6	0.2	117.9	0	0.8	143.3	32093.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: